

MR-enheten, Radiologi och Radiofysik

Utlåtande

MR-säkerhet för implantat

Typ av implantat: Tatueringar

Fabrikat / modell: -

- ☐ Patient får **ej** undersökas.
 - ☐ Patient får undersökas under följande **förutsättningar**
 - ☒ Patient **får** undersökas
-

1. Normalverksamhet

1.1 Vid bokning

Kontakta MR-fysiker om någon fråga uppstår. MR-fysiker är oftast tillgängliga dagtid vardagar.

1.2 Kontakt med patienten

Patienten ska informeras om riskerna med tatuering i samband med MR-undersökning. Patienten ska även informeras att direkt meddela obehag ifrån området med tatueringen i samband med MR-undersökningen.

1.3 Vid MR-konsollen

Patienten får ej vidröra tunnelväggen. I övrigt se MR-villkor i sektion 3. Centrera kablar i magneten.

1.4 Efter MR-undersökning

Ingen åtgärd.

2. Jourverksamhet

Samma rutiner som för normalverksamhet.

3. Villkor för olika magnetkameror

Patienter med tatuering kan MR-undersökas utan några restriktioner. Patienten skall dock övervakas noggrant under MR-undersökningen. Som försiktighetsåtgärd kan en kall kompress appliceras på tatueringen för att minimera risken för uppvärmning.

4. Information

För ytterligare och mera detaljerad information se (i) Rapport i [SMRlink](#) om detta implantat. Eller (ii) se tillverkarens hemsida för senaste MR-villkor, alternativt (iii) *Reference Manual for Magnetic Resonance Safety, Implants and Devices* av Frank G. Shellock, senaste upplagan eller (iv) se [SMRlink-bloggen](#) för information.