

Enhet:	Utarbetad av:	Redigerad av:	Utgåva/Ersätter 1
Fastställt datum: 2004-02-25	Giltig t.o.m. datum:	Godkänd av	Signatur

## Procedur för godkännande av MR-us av patient med implantat

1. Bokningspersonal som fått kännedom om implantat (t.ex. samtal eller ifyllt frågeformulär) gör en bedömning om implantaten faller inom ramen för sådana som rutinemässigt undersöks, d.v.s. har bedömts med avseende på MR-säkerhet och eventuella förutsättningar enligt MR-avdelningens listor över implantat.
2. Om implantaten inte är kända med avseende på MR-säkerhet beställs OP-berättelse som tillsammans med frågeformulär (eller motsvarande uppgifter) lämnas till sjukhusfysiker.
3. Sjukhusfysiker gör en bedömning av MR-säkerhet och rekommenderar eventuella förutsättningar för säker MR-us. Vid behov kontaktas organansvarig radiolog och eventuellt operatör för att få klarhet i hur implantaten ser ut, används mm. Det kan i vissa fall också vara angeläget att kontakta tillverkaren av implantatet för att få information om MR-säkerhet.

Om MR-us bör kunna betraktas som säker skriver sjukhusfysiker detta tillsammans med eventuella förutsättningar i frågeformulär eller motsvarande.

Bedömningen visas för radiolog före MR-us, som måste godkänna genomförandet av undersökningen. Vid behov tar radiolog kontakt med sjukhusfysiker för diskussion av t.ex. förutsättningar för undersökningen.

Om MR-us inte kan betraktas som säker skriver sjukhusfysiker detta i frågeformulär eller motsvarande tillsammans med eventuella förutsättningar som kan reducera riskerna. Bokningspersonalen kontaktar remittenten. Ansvarig radiolog kan ändå, eventuellt i samråd med remittenten, välja att godkänna undersökningen (medveten om riskerna) om den medicinska indikationen är tillräckligt stark.

4. Sjukhusfysiker skriver en rapport avseende MR-säkerhet, efter eventuell fortsatt utredning och tester. Slutsats avseende implantatets MR-säkerhet förs tillsammans med denna rapport och utlåtande från ansvarig radiolog in i MR-avdelningens listor över implantat.