

Enhet:	Utarbetad av:	Redigerad av:	Utgåva/Ersätter 1
Fastställt datum: 2004-07-30	Giltig t.o.m. datum:	Godkänd av	Signatur

## Säkerhetsföreskrifter för MR-undersökning med kringutrustning i undersökningsrummet

Ingen kringutrustning (elektrisk, mekanisk, datorbaserad,...) får användas i undersökningsrummet förrän utrustningen godkänts för införande i undersökningsrummet.

För godkänd kringutrustning krävs genomgång av information från tillverkaren och vid behov test utförd av MR-fysiker. Rapport skall upprättas av MR-fysiker och utlåtande skrivas av ansvarig radiolog. I utlåtandet skall anges eventuella begränsningar, t.ex. maximal fältstyrka som utrustningen får utsättas för, som framkommit genom information från tillverkaren eller vid utförda tester.

Vid användning av utrustningen i undersökningsrum **skall beaktas eventuella förutsättningar** som anges i utlåtandet från medicinskt ansvarig.

(Baseras på ett dokument författat av Johan Olsrud, Lund.)